

取扱食品の放射性物質 自主検査結果報告書

令和7年7月8日更新

＜試験方法等について＞

- (1)一般食品はNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを使用して、スクリーニング検査を行います。検査の結果、放射性物質がスクリーニングレベル(50Bq/Kg)を超えた場合は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いて確定検査を行います。また検査数の増加に対応するため一般食品もゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いての検査を実施していきます。
- (2)水、牛乳、飲用茶及び検査数の増加に伴い、一般食品の一部はゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査を行います。
※厚生労働省2012年3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準じ、また2012年3/15発信の「食品中の放射性物質の試験法について」に則して実施しています。

＜検査結果の見方＞

- (1)「検出せず」とは、測定下限値未満のこと及び検出限界値未満のことです。
- (2)測定下限値とは、スクリーニング検査において測定できる最小の値をいいます。スクリーニング検査で核種別の測定値は参考値です。
- (3)検出限界値とは、Ge半導体検出器による測定において検出できる最小値をいいます。「検出せず<10」とあるのは検出できる最小値が10ベクレルということです。
○ NaI使用機器の検査で測定下限値(25ベクレル)未満である場合は「<25」と記載しています。

検査機器 NaI NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターベルトールドLB2045
Ge ゲルマニウム半導体検出器セイコーEG&G社オルテックSEG-EMS GEM40P4-76

食品衛生法規格		検出限界値
食品区分	基準値	
飲料水	10	2
牛乳	50	10
一般食品	100	測定下限値
		25

No	試験日	食品区分	部門	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)						備考
							放射性セシウム						
							セシウム-134		セシウム-137		セシウム合計		
1	6月29日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 7/3)	Ge	検出せず	<4.50	検出せず	<4.01	検出せず	<8.5	
2	6月29日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/8)	Ge	検出せず	<1.26	検出せず	<1.22	検出せず	<2.5	
3	6月29日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/8)	Ge	検出せず	<1.30	検出せず	<1.17	検出せず	<2.5	
4	6月29日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 7/17)	NaI	検出せず	<1.78	検出せず	<1.48	検出せず	<10	
5	6月29日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/9)	Ge	検出せず	<1.20	検出せず	<1.32	検出せず	<2.5	
6	6月29日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/9)	Ge	検出せず	<1.06	検出せず	<1.37	検出せず	<2.4	
7	6月29日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 7/18)	NaI	検出せず	<2.39	検出せず	<1.57	検出せず	<10	
8	7月1日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/10)	Ge	検出せず	<1.07	検出せず	<1.04	検出せず	<2.1	
9	7月1日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/10)	Ge	検出せず	<1.06	検出せず	<1.17	検出せず	<2.2	
10	7月1日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 7/19)	NaI	検出せず	<1.79	検出せず	<1.45	検出せず	<10	
11	7月1日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/11)	Ge	検出せず	<1.01	検出せず	<1.32	検出せず	<2.3	
12	7月1日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/11)	Ge	検出せず	<0.95	検出せず	<0.90	検出せず	<1.9	
13	7月1日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 7/20)	NaI	検出せず	<1.79	検出せず	<1.66	検出せず	<10	
14	7月3日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 7/7)	Ge	検出せず	<5.34	検出せず	<4.58	検出せず	<9.9	
15	7月3日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/12)	Ge	検出せず	<1.06	検出せず	<1.41	検出せず	<2.5	
16	7月3日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/12)	Ge	検出せず	<1.01	検出せず	<1.22	検出せず	<2.2	
17	7月3日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 7/21)	NaI	検出せず	<1.79	検出せず	<1.46	検出せず	<10	
18	7月3日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/13)	Ge	検出せず	<0.98	検出せず	<1.17	検出せず	<2.2	
19	7月3日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/13)	Ge	検出せず	<1.01	検出せず	<1.37	検出せず	<2.4	
20	7月3日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 7/22)	NaI	検出せず	<1.79	検出せず	<1.60	検出せず	<10	
21	7月5日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 7/10)	Ge	検出せず	<6.68	検出せず	<5.82	検出せず	<13	
22	7月5日	一般食品	鮮魚	福島県	天然平目 (入荷日 7/5)	Ge	検出せず	<5.47	検出せず	<5.44	検出せず	<11	
23	7月5日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/14)	Ge	検出せず	<1.35	検出せず	<1.17	検出せず	<2.5	
24	7月5日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/14)	Ge	検出せず	<1.20	検出せず	<1.27	検出せず	<2.5	
25	7月5日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 7/23)	NaI	検出せず	<1.99	検出せず	<1.69	検出せず	<10	
26	7月5日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/15)	Ge	検出せず	<1.33	検出せず	<1.37	検出せず	<2.7	
27	7月5日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 7/15)	Ge	検出せず	<1.12	検出せず	<1.27	検出せず	<2.4	
28	7月5日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 7/24)	NaI	検出せず	<1.79	検出せず	<1.61	検出せず	<10	

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして 検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に
対する結果を意味するものではありません。